

Autor:

Adres: https://www.nfz-zielonagora.pl/PL,kontrast/1050/5332/Wazne____Komunikat_dla_pacjentow_oraz_Swiadczeniodawcow_wystawiajacych_i_realizujacych_zlecenia_na_zaopatrzenie_w_zestawy_infuzyjne_do_osobistej_pompy_insulinowej/

Ważne: Komunikat dla pacjentów oraz Świadczeniodawców wystawiających i realizujących zlecenia na zaopatrzenie w zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze informuje, że na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych znajduje się informacja o wycofaniu określonych numerów serii zestawów infuzyjnych Medtronic MiniMed, ze względu na możliwość podania nadmiernej ilości insuliny. Weryfikacja dotycząca zestawów infuzyjnych, które podlegają wycofaniu i powinny zostać wymienione przez firmę Medtronic, odbywa się przez stronę internetową www.mmc.medtronic-diabetes.com/look. Informacja firmy Medtronic dotycząca wycofania z obrotu i używania niektórych serii zestawów infuzyjnych do pomp insulinowych z dnia 15.09.2017 r., znajduje się na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych <http://urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-medtronic-dotycz%C4%85ca-wycofania-z-obrotu-i-u%C5%BCywania-niekt%C3%B3rych-serii-0>.