

Autor:

Adres: https://www.nfz-zielonagora.pl/PL,kontrast/1050/6409/Komunikat_dotyczacy_wyposazenia_zespolow_ratownictwa_medycznego__w_czesci_dotyczacej_kapnometru_z_ciaglym_w_yswietlaniem_wartosci_liczbowej_EtCO2/

Komunikat dotyczący wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego, w części dotyczącej kapnometru z ciągłym wyświetlaniem wartości liczbowej EtCO₂

Zarządzenie Prezesa NFZ 14/2019/DSM z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne zawiera wymóg posiadania kapnometru z ciągłym wyświetlaniem wartości liczbowej EtCO₂. Powyższe wymaganie spełnią wszystkie kapnometry, za pomocą których możliwy jest odczyt wartości liczbowej stężenia dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu, zarówno kapnometry z wyświetlaczem numerycznym, jak i te z wyświetlaczem słupkowym i skalą numeryczną obok. Kapnometr może występować jako oddzielne urządzenie oraz jako moduł innego wyrobu medycznego np. defibrylatora lub respiratora. Może również łączyć pomiar EtCO₂ z innymi funkcjami np. z pomiarem pO₂, czy częstości oddechów. Niezależnie od rodzaju urządzenia zespół ratownictwa medycznego przy pomocy kapnometru powinien mieć możliwość ciągłego monitorowania wartości liczbowej stężenia CO₂ w wydychanym powietrzu.